



Łasin, dnia 28.05.2013 r.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Im. Macieja z Miechowa
86 – 320 Łasin
ul. Radzyńska 4

tel./fax. (0-56) 466 42 51

L.Dz.-Fk 90/2013

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na: „**Aparat do terapii falami uderzeniowymi – zakup i dostawa do szpitala SP ZOZ Łasin**”

Nr sprawy 20/2013

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udzielam wyjaśnień do treści zapytań, które wpłynęło dnia 27.05.2013 r.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

1. Czy Zamawiający dopuści aparat z mechanizmem gdzie fala generowana jest za pomocą kompresora powietrznego lub olejowego?

Odp. Nie

2. Czy Zamawiający dopuści w punkcie 7 (ilość aplikatorów min. 2) miał na myśli 2 aplikatory podłączone do dwóch kanałów z możliwością jednoczesnej pracy na dwóch aplikatorach przy ustawieniu różnych parametrów tj. częstotliwości, czasu i ilości uderzeń?

Odp. Tak

3. Czy Zamawiający wymaga, aby aparat do fali uderzeniowej nie posiadał kosztów eksploatacji wynikających z okresowej wymiany naboju w aplikatorze w aparacie zasilanym kompresorem powietrznym lub olejowym

Odp. Zamawiający wymaga, aby aparat do terapii nie posiadał dodatkowych kosztów eksploatacji, wynikających z wymiany naboju w aplikatorze.



4. Czy Zamawiający dopuści aparat do fali uderzeniowej z jednym kanałem terapeutycznym?

Odp. Nie

5. Czy Zamawiający wymaga, aby aparat do fali uderzeniowej posiadał w zestawie dwa odrębne aplikatory, gdzie aplikatory rozumiemy jako pistolety (rękojeści) z końcówkami zdolnymi do pracy na pacjencie?

Odp. Tak

6. Czy Zamawiający w punkcie 5 rodzaj generowania fali miał na myśli falę z mechanizmem (generator fali) elektromagnetycznym?

Odp. Tak

7. Czy Zamawiający dopuści aparat do terapii falą uderzeniową posiadający koszty eksploatacji wynikające z okresowej wymiany naboju w aplikatorze?

Odp. Nie

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie

Mariusz Tąpolewski