



Łasin, dnia 28.05.2013 r.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Im. Macieja z Miechowa
86 – 320 Łasin
ul. Radzyńska 4

tel./fax. (0-56) 466 42 51

L.Dz.-Fk ⁹⁴2013

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na: „Aparat do terapii falami uderzeniowymi – zakup i dostawa do szpitala SP ZOZ Łasin”

Nr sprawy 20/2013

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udzielam wyjaśnień do treści zapytań, które wpłynęło dnia 27.05.2013 r.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

1. Czy Zamawiający dopuści aparat , który posiada 1 aplikator zamiast 2 aplikatorów (aplikator wraz z kablem waży do 1 kg)

Odp. Nie

2. Czy Zamawiający wymaga aby aparat posiadał kolorowy dotykowy ekran 8,4 “ na którym widać parametry przeprowadzanego zabiegu ?

Odp. Zamawiający dopuszcza

3. Czy Zamawiający dopuści falę pneumatyczna z aplikatorem posiadającym wbudowany amortyzator chroniący rękę przed falą zwrotną?

Odp. Nie



Mój region w Europie

4. Czy Zamawiający dopuści aparat z 3 końcówkami zabiegowymi (wielowiązkowy 15 mm, wielowiązkowy 9 mm, koncentrujący 15 mm) ?

Odp. Nie

5. Czy Zamawiający dopuści aparat , który można rozbudować o dodatkowe terapie (elektroterapia, laseroterapia, pole magnetyczne, terapia ultradźwiękową) ?

Odp. Tak, dopuszcza

6. Czy Zamawiający dopuści aparat , który posiada wiązki burst dla bardzo wrażliwych pacjentów?

Odp. Tak, dopuszcza

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie

Mariusz Topolewski

67