



Łasin, dnia 29.05.2013 r.

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
Im. Macieja z Miechowa  
86 – 320 Łasin  
ul. Radzyńska 4

tel./fax. (0-56) 466 42 51

L.Dz.-Fk <sup>100</sup>...../2013

### WSZYSCY WYKONAWCY

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na: „**Aparat do terapii falami uderzeniowymi – zakup i dostawa do szpitala SP ZOZ Łasin**”

Nr sprawy 20/2013

### WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udzielam wyjaśnień do treści zapytań, które wpłynęło dnia 28.05.2013 r.

*Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.*

#### *Pytanie 1 do pozycji 1*

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z kompresorem pneumatycznym. Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć wielu problemów m. in. z grzejącym się aplikatorem i koniecznością robienia przerw między zabiegami.

**Odp. Nie**

#### *Pytanie 1 do pozycji 1*

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z częstotliwością impulsów 1 ~ 20Hz. Takie rozwiązanie pozwoli rozszerzyć pole terapeutyczne:

Wg. literatury:

#### **Wysokie częstotliwości (10-20 Hz)**

Wysokie częstotliwości wykorzystuje się w działaniu przeciwbólowym celem przerywania zakończeń nerwowych oraz naczyń krwionośnych.

Lh



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



*Mój region w Europie*

---

### **Niskie częstotliwości (1-10 Hz)**

Niskie częstotliwości służą uzyskaniu stymulacji neoangiogenezy (tworzenia nowych naczyń krwionośnych poprzez przerywanie już istniejących)

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie

*Mariusz Topolewski*