

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
Im. Macieja z Miechowa  
86 – 320 Łasin  
ul. Radzyńska 4

tel./fax. (0-56) 466 42 51

L.Dz.-Fk 113/2013

### WSZYSCY WYKONAWCY

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na: „**Materiały opatrunkowe – zakup i dostawa do szpitala SP ZOZ Łasin**”

Nr sprawy 22/2013

### WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udzielam wyjaśnień do treści zapytań, które wpłynęło dnia 21.06.2013 r.

*Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.*

**Załącznik 2, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania chustę trójkątną włókninową lub wiskozową?

**Odp. Zamawiający dopuszcza chustę trójkątną włókninową**

**Załącznik 2, poz. 2 – 4**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękaw siatkowy w rozmiarze 7m w stanie spoczynku i 25m w stanie rozciągniętym

**Odp. Nie**

**Załącznik 2, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w opakowaniu a'30szt?

**Odp. Nie**

**Załącznik 2. poz. 11,17**

Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze: 7,5cm x 7,5cm spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza rozm. kompresu 7,5cmx7,5 cm**

**Załącznik 2, poz. 12,18**

Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze: 10cm x 10cm spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza rozm. kompresu 10cmx10cm**

**Załącznik 2, poz. 26-32**

Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne pakowane w kartonik?

**Odp. Nie**

**Załącznik 2, poz. 33,35,37**

Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową o czasie wiązania 5 – 6min?

**Odp. Tak**

**Załącznik 2, poz. 34**

Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową o rozmiarze 4m x 10cm o czasie od 8 – 12min?

**Odp. Tak**

**Załącznik 2, poz. 36**

Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową o rozmiarze 4m x 12cm o czasie 8 – 12min?

**Odp. Tak**

**Załącznik 2, poz. 38**

Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową o rozmiarze 4m x 15cm o czasie 8 – 12min?

**Odp. Tak**

**Załącznik 2, poz. 46**

Czy Zamawiający dopuści plaster z opatrunkiem?

**Odp. Nie**

**Załącznik 2, poz. 47**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec jałowy z wkładem chłonnym?

**Odp. Tak dopuszcza, typu Fixopore S**

**Załącznik 2, poz. 48**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec jałowy z wkładem chłonnym o rozmiarze 7,2cm x5cm?

**Odp. Tak, dopuszcza**

**Załącznik 2, poz. 50**

Czy Zamawiający dopuści spongostan standard w opakowaniu a'10szt z przeliczeniem ilości?

**Odp. Tak**

**Załącznik 2, poz. 56 – 57**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji nr 56 i 57 do osobnego pakietu co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w zakresie tej pozycji.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia na części.**

**Załącznik 2, poz. 58 – 61**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji nr 58 - 61 do osobnego pakietu co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w zakresie tej pozycji.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia na części.**

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie  
*Mariusz Topolewski*