



Łasin, dnia 26.08.2013 r.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Im. Macieja z Miechowa
86 – 320 Łasin
ul. Radzyńska 4

tel./fax. (0-56) 466 42 51

L.Dz.-Fk .../2013

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na: „**Aparat wielofunkcyjny do koagulacji (diatermia) – zakup i dostawa do szpitala SP ZOZ Łasin**”

Nr sprawy 24/2013

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udzielam wyjaśnień do treści zapytań, które wpłynęło dnia 24.08.2013 r.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Treść zapytań:

1. Czy zamawiający dopuści aparat o częstotliwości 500kHz co nie ma żadnego wpływu na parametry pracy?

Odp. Tak, dopuszcza

2. Czy zamawiający dopuści aparat z wyświetlaczem poprawnego podłączenia elektrody biernej za pomocą piktogramu na ekranie dotykowym diatermii?

Odp. Tak, dopuszcza

3. Czy zamawiający dopuści aparat o lepszych parametrach tj. z regulacją mocy do 50W co 1W a powyżej co 5W?

Odp. Tak, dopuszcza



4. Czy zamawiający dopuści aparat o lepszych parametrach tj. z regulacją mocy w trybie koagulacji natryskowej do 50W co 1W a powyżej co 5W?

Odp. Nie

5. Czy zamawiający dopuści aparat z ekranem dotykowym i mocą max. 300W z min. 4 rodzajami cięcia?

Odp. Nie

6. Czy zamawiający dopuści aparat z max. mocą koagulacji monopolarnej kontaktowej 150W w tym koagulacja miękka i forsowna?

Odp. Tak, dopuszcza

7. Czy zamawiający dopuści aparat z max. mocą koagulacji bipolarnej 100W?

Odp. Nie

8. Czy zamawiający dopuści aparat z mocą cięcia bipolarnego do 100W i cięcia bipolarnego z środowisku wodnym do 120W?

Odp. Nie

9. Czy zamawiający dopuści aparat bez regulacji czasu opóźnienia koagulacji bipolarne, ponieważ w praktyce ta funkcja nie jest stosowana?

Odp. Tak, dopuszcza

10. Czy zamawiający dopuści aparat z możliwością zapamiętania 9 kompletów nastaw w tym do polipektomii i papilotomii?

Odp. Tak, dopuszcza

11. Czy zamawiający dopuści aparat bez zmiany programów przy użyciu 3-przyciskowego włącznika nożnego, ponieważ w specyfikacji wymagany jest włącznik nożny 2-przyciskowy?

Odp. Nie

SPECJALISTA
ds. obsługi projektu
20mst
mgr Milena Sornat

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
86-820 ŁASIN**