



Łasin, dnia 24.02.2015 r.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Im. Macieja z Miechowa
86 – 320 Łasin
ul. Radzyńska 4

tel./fax. (0-56) 466 42 51

PP-042-.../2015

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego do Poradni Ginekologiczno-Położniczej”.

Nr sprawy: 5/2015

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) udzielałam wyjaśnień do treści zapytań, które wpłynęło dnia 23.02.2015 r.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Treść zapytania:

Pytanie 1

Zadanie nr 2 Fotel Ginekologiczny

W związku z wymogiem ppkt. 12 Uchwyty do Kolposkopu - czy Zamawiający wymaga aby fotel ginekologiczny był wyposażony w Kolposkop?

Jeżeli tak to proszę o podanie z jaką skalą powiększenia

Kolposkop z 1 stopniową zmianą powiększenia

Kolposkop z 3 stopniową zmianą powiększenia

Kolposkop z 5 stopniową zmianą powiększenia

Odp. Zamawiający nie wymaga kolposkopu. Fotel ginekologiczny ma być wyposażony w uchwyt do kolposkopu.