

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Im. Macieja z Miechowa
86 - 320 Lasin
ul. Radzyńska 4

tel./fax. (0-56) 466 42 51

PP-042-1/1/2015

WSZYSCY WYKONAWCY

DOTYCZ: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na: „**Zakup i dostawa sprzętu medycznego do Poradni Ginekologiczno-Położniczej**”.

Nr sprawy: 5/2015

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) udzielam wyjaśnień do treści zapytań, które wpłynęły dnia 21.02.2015 r.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Treść zapytania:

- Pytanie do zapisów SIWZ. Zamawiający wymaga wykazu dostaw z ostatnich 3 lat prowadzenia działalności gospodarczej. W naszym przypadku byłaby to bardzo dłuża lista. Czy za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna wskazanie trzech najbardziej reprezentatywnych dostaw wraz z referencjami tak jak przewiduje zapis SIWZ?
Odp. Tak

- Pytanie do załącznika nr 8 zadanie 5 do SIWZ: Czy Zamawiający będzie wymagał aparatu usg wysokiej klasy i jako tak sklasyfikowanego będzie wymagał:
 - ilości aktywnych kanałów procesowych min. 30000**Odp. Zamawiający dopuszcza**
 - maksymalnej wartości dynamiki systemu min. 240 dB**Odp. Zamawiający wymaga min. 200 dB**
 - maksymalnej częstotliwości odświeżania dla obrazu 2D min 1100 Hz**Odp. Zamawiający dopuszcza**
 - aparatu o wadze maksymalnej do 60 kg**Odp. Zamawiający dopuszcza ww wage**

Laf

3. Pytanie do załącznika nr 8 zadanie 5 p.9 do SIWZ: Czy Zamawiający będzie wymagał monitora o rozdzielczości min 1280x1024?

Odp. Nie, zgodnie z zapisem

4. Pytanie do załącznika nr 8 zadanie 5 do SIWZ: Czy Zamawiający będzie wymagał aparatu usg wysokiej klasy i jako tak sklasyfikowanego będzie wymagał:
Trybu Dopplera pulsacyjnego z możliwością regulacji bramki w zakresie od 0,8 do 28 mm?

Odp. Zamawiający nie wymaga

5. Pytanie do załącznika nr 8 zadanie 5 do SIWZ: Czy Zamawiający będzie wymagał w aparacie trybu Dopplera kolorowego i trybu angiograficznego (Dopplera mocy)?

Odp. Tak

6. Czy Zamawiający uzna za zasadne wymagać, aby oferowany aparat był wyposażony w tryby:

- automatycznej optymalizacji (dopasowania) skali i linii bazowej dla trybu pulsacyjnego Dopplera przy pomocy jednego klawisza

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

- automatycznego obrysu widma dopplerowskiego na obrazie w czasie rzeczywistym/ zamrożonym z jednoczesnym wyznaczeniem parametrów przepływu typu RI, PI, stosunek S/D

Odp. Zamawiający nie wymaga

- automatycznej optymalizacji częstotliwości Dopplera kolorowego w zależności od głębokości obrazowania

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

- wielokierunkowego nadawania i odbierania wiązki ultradźwiękowej z min 9 kątami emisji/wiązki tworzącymi obraz 2D.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

7. Czy Zamawiający uzna za zasadne wymagać, aby oferowany aparat posiadał możliwość:

- powiększenia obrazu w czasie rzeczywistym i zamrożonego minimum 10 razy

Odp. Tak

- regulacji wzmacnienia i głębokościowego TGC na min 8 poziomach i wzmacnienia bocznego na min. 2 poziomach?

Odp. Zamawiający dopuszcza

8. Czy aparat usg musi mieć możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D realizowane przez głowicę objętościową?

Odp. Tak

9. Pytanie do załącznika nr 8 zadanie 5 p.15 i 16 do SIWZ: Czy Zamawiający będzie wymagał głowic z ilością elementów akustycznych min 250?

Odp. Zamawiający nie wymaga

D Y R E K T O R
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie
Mariusz Topałkowski