



Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
Im. Macieja z Miechowa  
86 – 320 Łasin  
ul. Radzyńska 4

Łasin, dnia 25.02.2015 r.

tel./fax. (0-56) 466 42 51

PP-042-...../2015

### WSZYSCY WYKONAWCY

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na: „**Zakup i dostawa sprzętu medycznego do Poradni Ginekologiczno-Poloźniczej**”.

Nr sprawy: 5/2015

### WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) udzielam wyjaśnień do treści zapytań, które wpłynęło dnia 24.02.2015 r.

**Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**

#### Treść zapytania:

Dotyczy zadania 3 – Waga elektroniczna

1. Czy Zamawiający wymaga, aby waga wyposażona była w bezpieczny, lekki, aluminiowo-plastikowy wzrostomierz o zakresie pomiaru 60-200 cm i podziałką 1 mm? Zakres taki pozwala na mierzenie zarówno dorosłych jak i nawet małych dzieci w pozycji stojącej.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza**

2. Czy Zamawiający wymaga, aby masa wagi wynosiła 6,3 kg? Mała masa własna wagi ułatwia przenoszenie i jest bezpieczniejsza dla użytkownika.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza**

3. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowana waga miała zintegrowaną z pomostem bezpieczną platformę antypoślizgową? Zintegrowana platforma z pomostem wagi daje 100% bezpieczeństwo, że przy przypadkowym stąpieniu na róg wagi nie przewróci się. Platforma luźno położona na pomoście i nie przymocowana niesie za sobą ryzyko kontuzji pacjenta. W takich sytuacjach pacjent może doznać rozszczeń od placówki a ta ponieść koszty odszkodowania.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza**

6-16



**PROGRAM REGIONALNY**  
NACJONALNA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO

*Mój region w Europie*

4. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowana waga miała takie kółka? Wmontowane kółka transportowe pozwalają na bezwysiłkowe i proste przesuwanie wagi przy np. sprzątaniu lub ważeniu pacjentów nie mogących chodzić.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza**

5. Czy Zamawiający wymaga szkolenia, instalacji i montażu wykonanego przez producenta? Szkolenie, instalacja i montaż wykonany przez producenta daje 100% pewności, że sprzęt spełnia wszystkie parametry jakościowe i gwarancyjne.

**Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga szkolenia, instalacji i montażu wykonanego przez producenta.**

6. Czy Zamawiający wymaga, aby produkt miał możliwość ustawienia wyświetlacza wg wymagań personelu szpitala? Wyświetlacz z funkcją wyboru ustawienia przód lub tył ułatwia personelowi ważenie pacjentów.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**D Y R E K T O R**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie  
Mariusz Topolewski