



Łasin, dnia 26.02.2015 r.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Im. Macieja z Miechowa
86 – 320 Łasin
ul. Radzyńska 4

tel./fax. (0-56) 466 42 51

PP-042-...../2015

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na: „**Zakup i dostawa sprzętu medycznego do Poradni Ginekologiczno-Położniczej**”.

Nr sprawy: 5/2015

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) udzielam wyjaśnień do treści zapytań, które wpłynęło dnia 25.02.2015 r.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Dotyczy: Zadanie 5. Aparat usg do ginekologii + komputer stacjonarny z wyposażeniem – 1 szt.

Treść zapytania:

Pyt. 1 (dotyczy lp.9)

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta w większości przypadkach przewyższający wymagane parametry monitorem LCD 19’’ na dwupłaszczyznowym przegubie? Rozwiązanie to umożliwia swobodne ustawienie monitora i pozwoli na przystąpienie do przetargu innym znaczącym oferentom.

Odp. Tak, Zamawiający dopuści.

Pyt. 2 (dotyczy lp. 10)

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta w większości przypadkach przewyższający wymagane parametry z 3 gniazdami do głowic obrazowych? Zamawiający wymaga dwóch głowic, więc wszystkie głowice będą podłączone do aparatu.

Odp. Tak, Zamawiający dopuści



Pyt. 3 (dotyczy lp. 9)

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta w większości przypadkach przewyższający wymagane parametry z monitorem LED 18,5''? Różnica 0,5'' jest niemal niezauważalna, natomiast nowsza technologia LED zapewni lepszy kontrast, głębokość barw i czerni a także większa energooszczędność co jest niezwykle ważne przy ocenie diagnostycznej obrazu.

Odp. Tak, Zamawiający dopuści

Pyt. 4 (dotyczy lp. 19)

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta w większości przypadkach przewyższający wymagane parametry z modulem DICOM WORKLIST, który w razie potrzeby będzie możliwy później do aktywacji? Takie rozwiązanie pozwoli na zakup mocno zaawansowanego technologicznie aparatu w niższej cenie. W razie potrzeby moduł zawsze może być aktywowany w późniejszym terminie.

Odp. Zamawiający wymaga aparatu z modulem DICOM WORKLIST – zgodnie z SIWZ

Pyt. 5 (dotyczy lp. 4)

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta w większości przypadkach przewyższający wymagane parametry wyprodukowany pod koniec 2014 roku? Aparat jest fabrycznie nowy, w najnowszej dostępnej na rynku wersji. Zgoda na powyższe spowoduje szybszą dostawę aparatu.

Odp. Nie dopuści

Pyt. 6 (dotyczy lp. 9)

Czy Zamawiający będzie wymagał monitora w technologii LED? Technologia LED zapewni lepszy kontrast, głębokość barw i czerni a także większa energooszczędność co jest niezwykle ważne przy ocenie diagnostycznej obrazu.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pyt. 7

Czy Zamawiający będzie wymagał możliwość pracy aparatu z głowicami w technologii Single Crystal? Ta technologia zapewni szerszy zakres częstotliwości, lepszą penetrację i mniejsze generowanie ciepła w ośrodku co jest niezwykle ważne przy badaniu płodu.

Odp. Tak, Zamawiający dopuści

Pyt. 8

Czy Zamawiający będzie wymagał możliwość rozbudowy o badanie 3D/4D? W przyszłości może nastąpić konieczność przeprowadzenia takiego badania i sprawi to większą przydatność aparatu w ginekologii i położnictwie.

Odp. Tak

Cyfr



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Mój region w Europie

Pyt. 9

Czy Zamawiający będzie wymagał możliwość rozbudowy o głowicę endowaginalną, wolumetryczną? W przyszłości może nastąpić konieczność przeprowadzenia takiego badania i sprawi to większą przydatność aparatu w ginekologii i położnictwie.

Odp. Zamawiający dopuszcza taką możliwość

Pyt. 9

Czy Zamawiający będzie wymagał możliwość podnoszenia i obniżania panelu sterowania? Takie rozwiązanie ułatwi pracę lekarzom, sprawiając, że aparat będzie łatwiejszy do personalizacji.

Odp. Zamawiający dopuszcza

D Y R E K T O R
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie
Mariusz Taborowski