



Łasin, dnia 26.02.2015 r.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Im. Macieja z Miechowa
86 – 320 Łasin
ul. Radzyńska 4

tel./fax. (0-56) 466 42 51

PP-042-...../2015
¹⁵

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na: „**Zakup i dostawa sprzętu medycznego do Poradni Ginekologiczno-Położniczej**”.

Nr sprawy: 5/2015

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) udzielałam wyjaśnień do treści zapytań, które wpłynęło dnia 26.02.2015 r.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Treść zapytania:

ZADANIE 5 – Aparat USG do ginekologii + komputer stacjonarny z wyposażeniem:

1. Zamawiający zawarł zapis o przyznaniu mu prawa wymiany zestawu komputerowego na nowy zestaw po trzykrotnej naprawie danego zestawu komputerowego. Z uwagi na modułową budowę zestawów komputerowych uszkodzonych podzespołów / elementów nie naprawia się, lecz wymienia na nowe. Czy z uwagi na powyższe Zamawiający odstąpi od wymogu wymiany całego zestawu komputerowego?

Odp. Tak, Zamawiający odstąpi od ww wymogu

2. Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny zaopatrzony w monitor „18” z trójplaszczynowym przegubem?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Handwritten mark



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Mój region w Europie

3. Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny wyposażony w trzy porty dla głowic obrazowych?

Odp. tak, Zamawiający dopuści

4. Czy Zamawiający będzie wymagał głowicy konweksowej wykonanej w technologii wielorzędowej lub zastępującej wielorzędową (zapewniającej ogniskowanie wiązki zarówno w płaszczyźnie obrazowania jak i w płaszczyźnie grubości warstwy skanowania) o ilości elementów min. 380 dla głowicy wielorzędowej lub min. 128 dla technologii zastępującej wielorzędową (należy opisać technologię – na jakiej zasadzie działa)?

Odp. Zamawiający nie wymaga

D Y R E K T O R
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie

Mariusz Topolewski