



Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
Im. Macieja z Miechowa  
86 – 320 Łasin  
ul. Radzyńska 4

tel./fax. (0-56) 466 42 51

PP-042-...../2015<sup>18</sup>

### WSZYSCY WYKONAWCY

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na: „**Zakup i dostawa sprzętu medycznego do Poradni Ginekologiczno-Poloźniczej**”.

Nr sprawy: 5/2015

### WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) udzielam wyjaśnień do treści zapytań, które wpłynęło dnia 26.02.2015 r.

**Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**

### Treść zapytania:

**Pytanie dotyczy Zadanie 1. Kardiokograf + stolik – 1 szt. Pkt 7**

Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat KTG z zakresem pomiarowym 50-240bmp, wydrukiem na drukarce termicznej na papierze o szerokości 152mm oraz z kolorowym ekranem o przekątnej powyżej 10 cali?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuści**

**Pytanie dotyczy Zadanie 1. Kardiokograf + stolik – 1 szt. Pkt 13**

Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat KTG z głowicą TOCO w której nacisk 135g odpowiada 100%, zakres pomiaru wynosi 0-100%, z możliwością ustawienia linii bazowej TOCO 20 jednostek oraz z automatycznym zerowaniem TOCO?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuści**

*Lib*



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO

*Mój region w Europie*

**Pytanie dotyczy Zadanie 1. Kardiokograf + stolik – 1 szt. Pkt 15**

W obecnym zapisie Zamawiający dopuszcza do postępowania przetargowego tylko jednego producenta kardiokografów o ściśle zdefiniowanym rozwiązaniu polegającym na eksporcie danych do pliku JPG, co jest niezgodnie z Prawem Zamówień Publicznych. Dlatego zwracam się do Zamawiającego, aby dopuścił do postępowania inne, równoważne rozwiązanie polegające na możliwości eksportu zapisanych danych do komputera z wykorzystaniem dotychczasowego oprogramowania do archiwizacji danych pacjenta. W oferowanym przez nas rozwiązaniu jest możliwość podglądu zapisu na komputerze, jego wydruku oraz eksportu do standardowego rozszerzenia.pdf

**Odp. Zamawiający informuje, iż dopuszcza rozwiązania równoważne – opis w SIWZ (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych).**

**Kardiokograf powinien posiadać możliwość eksportu zapisanych danych do pliku JPG lub równoważnego z wykorzystaniem pamięci USB.**

**D Y R E K T O R**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie  
*Mariusz Topplewski*