

Łasin, dnia 29.03.2018 r.

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Im. Macieja z Miechowa
86 – 320 Łasin
ul. Radzyńska 4**

tel./fax. (0-56) 466 42 51

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Zakup i dostawę sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopowej SP ZOZ Łasin”

Nr sprawy: 4/2018

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ

W imieniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie udzielam wyjaśnień do treści zapytań, które wpłynęło dnia 28.03.2018 r.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pytanie 1

Dotyczy załącznika nr 7 – wzór umowy § 6 ust. 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie istniejącego zapisu i nadanie mu następującego brzmienia:

„Nieusunięcie przez Wykonawcę wad w określonym w karcie gwarancyjnej terminie uprawnia Zamawiającego do powierzenia ich usunięcia innemu autoryzowanemu podmiotowi w całości na koszt Wykonawcy bez utraty uprawnień wynikających z rękojmi czy gwarancji, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady i wyznaczenia terminu do wykonania naprawy lub wymiany. W takim przypadku, niezależnie od pokrycia kosztów usunięcia wad, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 1% wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty kary.”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 2

Dotyczy załącznika nr 7 – wzór umowy § 6 ust. 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie istniejącego zapisu i nadanie mu następującego brzmienia:

„Wszelkie naprawy gwarancyjne skutkują przedłużeniem okresu gwarancyjnego o czas napraw i odpowiednio wydłużają okres rękojmi, o ile czas napraw trwał powyżej 7 dni roboczych”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 3

Dotyczy załącznika nr 7 – wzór umowy § 9 ust. 1b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego na czas przedłużającej się naprawy?

Odp. Tak

Pytanie 4

Dotyczy załącznika nr 7 – wzór umowy § 9 ust. 1 podpunkt 1a)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kar umownych odpowiednio z 0,2% na 0,1%?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 5

Dotyczy załącznika nr 7 – wzór umowy § 9 ust. 1 podpunkt 1b)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kar umownych odpowiednio z 0,1% na 0,05%?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 6

Dotyczy załącznika nr 7 – wzór umowy § 9 ust. 1 podpunkt 1c)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kar umownych odpowiednio z 0,1% na 0,05%?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 7

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

Odp. Wobec SPZOZ Łasin nie została wszczęta likwidacja i SP ZOZ Łasin nie przekształca się w spółkę prawa handlowego

Pytanie 8

Dotyczy załącznika nr 8 – Karta gwarancyjna, pkt. 9 w powiązaniu z zapisami załącznika nr 4 do SIWZ – Specyfikacja techniczna

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podjęcie czynności zmierzających do naprawy przez Serwisanta w terminie 3 dni roboczych od momentu dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy - dotyczy zaoferowanych endoskopów), wykonanie naprawy w ciągu kolejnych 7 dni roboczych, a w przypadku importu części zamiennych w ciągu 21 dni kalendarzowych licząc od daty zgłoszenia naprawy?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 9

Dotyczy załącznika nr 8 – Karta gwarancyjna, pkt. 14

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie istniejącego zapisu i nadanie mu następującego brzmienia:

„W przypadku naprawy sprzętu, termin gwarancji oraz rękojmi, o których mowa w ust. 3 i ust. 4 ulega przedłużeniu o czas pozostawiania sprzętu w naprawie, o ile ten trwał powyżej 7 dni roboczych. W przypadku naprawy wiążącej się z wymianą części, termin gwarancji i rękojmi dla nowo zainstalowanych części wynosić będzie 6 miesięcy, licząc od dnia protokolarnego przekazania sprzętu po naprawie”.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 10

Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ – Specyfikacja techniczna – ZESTAW KOMPUTEROWY – pkt. 4 tabeli:

Czy Zamawiający dopuści pamięć 8 GB?

Odp. Nie

Pytanie nr 11

Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ – Specyfikacja techniczna – ZESTAW KOMPUTEROWY – pkt. 8 tabeli:

Czy Zamawiający dopuści zasilacz o mocy 250-300W

Odp. Nie

Pytanie nr 12

Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ – Specyfikacja techniczna – ZESTAW KOMPUTEROWY – pkt. 15 tabeli:

Czy Zamawiający dopuści monitor o przekątnej 24 cale i rozdzielczości 1920x1080p?

Odp. Tak, dopuści

Pytanie nr 13

Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ – Specyfikacja techniczna – ZESTAW KOMPUTEROWY – pkt. 18 tabeli:

Czy Zamawiający dopuści laserową drukarkę kolorową o nominalnej prędkości druku w kolorze 26 stron, w kolorze czarnym 30 stron o rozdzielczości 1200x600?

Uzasadnienie: Do zestawu komputerowego z licencją endoskopowego systemu archiwizującego wskazana jest drukarka kolorowa umożliwiająca drukowanie zapisanych zdjęć z badania.

Odp. Zamawiający dopuści drukarkę laserową kolorową. Parametry nie mogą być niższe od wymaganych

Pytanie nr 14

Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ – Specyfikacja techniczna – ZESTAW KOMPUTEROWY – pkt. 19 tabeli:

Czy Zamawiający dopuści laserową drukarkę w komplecie z firmowymi, startowymi tonerami (kolor + czarny) bez dodatkowych zapasowych tonerów?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ

W związku z pytaniami od Wykonawców Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

Nowy termin: 04.04.2018 r. do godz. 12:00

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie

Mariusz Topolewski