

Łasin, dnia 10.04.2018 r.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Im. Macieja z Miechowa
86 – 320 Łasin
ul. Radzyńska 4

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
86-320 ŁASIN

tel./fax. (0-56) 466 42 51

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Zakup i dostawę gastroskopu i kolonoskopu oraz myjki ultradźwiękowej do Pracowni Endoskopowej SP ZOZ Łasin”

Nr sprawy: 5/2018

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ

W imieniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie udzielam wyjaśnień do treści zapytań, które wpłynęło dnia 9.04.2018 r.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Dotyczy SIWZ:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 8 tygodni?

Odp. Nie wyraża zgody

Dotyczy Parametry Techniczne:

2. Pakiet nr 3. Czy zamawiający dopuści do postępowania w pakiecie nr 3 myjnię ultradźwiękową o następujących parametrach technicznych:
 - a. Urządzenie oznaczone znakiem CE
 - b. Wymiary wewnętrzne wanny dł. 300 x szer. 240 x głęb. 150 mm
 - c. Pojemność 9,7l
 - d. Moc ultradźwięków 640 W
 - e. Częstotliwość ultradźwięków 35 kHz
 - f. Moc układu grzania 400 W
 - g. Regulator temperatury 20-80°C
 - h. Układ czasowy 0-30 min.?

Odp. Zamawiający nie dopuści

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie
Mariusz Topolewski