

Łasin, dnia 10.04.2018 r.

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
Im. Macieja z Miechowa  
86 – 320 Łasin  
ul. Radzyńska 4

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
86-320 ŁASIN

tel./fax. (0-56) 466 42 51

## WSZYSCY WYKONAWCY

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na: „Zakup i dostawę gastroskopu i kolonoskopu oraz myjki ultradźwiękowej do Pracowni Endoskopowej SP ZOZ Łasin”

Nr sprawy: 5/2018

## WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ

W imieniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie udzielam wyjaśnień do treści zapytań, które wpłynęło dnia 10.04.2018 r.

*Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.*

### Pakiet nr 1 Videogastroskop

#### **Pytanie 1. dotyczy punktu 2.**

Czy zamawiający dopuści videogastroskop o lepszym parametrze tzn. średnicy zewnętrznej tuby wziernika 8,5mm? Mniejsza średnica aparatu świadczy o bardziej zaawansowanej technologii aparatu oraz ma wpływ na komfort pacjenta w trakcie badania.

**Odp. Tak**

#### **Pytanie 2. dotyczy punktu 5.**

Czy zamawiający dopuści videogastroskop o następujących wychyleniach kocówki sondy wziernika góra/ dół 210°/90°, prawo/lewo 100°/100°? Takie wychylenia końcówki sondy posiadają pozostali producenci sprzętu endoskopowego poza firmą Pentax.

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

#### **Pytanie 3. dotyczy punktu 7.**

Czy zamawiający zrezygnuje z wymogu dodatkowego kanału do spłukiwania?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

#### **Pytanie 4. dotyczy punktu 10.**

Czy zamawiający dopuści 3 przyciski programowalne na głowicy endoskopu oraz 1 na panelu procesora (to razem daje 4 przyciski programowalne)?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**



**Pytanie 5. dotyczy punktu 11.**

Czy zamawiający zrezygnuje z wymogu rozwiązania technologicznego jakim jest rotacja we wtyku stosowana tylko przez jednego producenta to jest firmę Pentax. Ogranicza to uczciwą konkurencję.

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 6. dotyczy punktu 15.**

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie w cenie procesora HD kompatybilnego z proponowanymi aparatami (videogastroskopem oraz videokolonoskopem)? Wymagana kompatybilność wskazuje ewidentnie na tylko jednego oferenta czyli firmę Pentax.

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Pakiet nr 1 Videokolonoskop**

**Pytanie 7. dotyczy punktu 2**

Czy zamawiający dopuści videokolonoskop o standardowym kanale 3,8 mm?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 8. dotyczy punktu 10.**

Czy zamawiający dopuści 3 przyciski programowalne na głowicy endoskopu oraz 1 na panelu procesora ( to razem daje 4 przyciski programowalne) ?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 9. dotyczy punktu 11.**

Czy zamawiający zrezygnuje z wymogu rozwiązania technologicznego jakim jest rotacja we wtyku stosowana tylko przez jednego producenta to jest firmę Pentax. Ogranicza to uczciwą konkurencję.

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 10. dotyczy punktu 13 i 17.**

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie w cenie procesora HD kompatybilnego z proponowanymi aparatami (videogastroskopem oraz videokolonoskopem)? Wymagana kompatybilność wskazuje ewidentnie na tylko jednego oferenta czyli firmę Pentax.

**Odp. Pytanie nie związane z postępowaniem 5/2018, pkt. 13 inaczej brzmi i nie ma pkt. 17**

**Pakiet nr 2. Stanowisko do automatycznego mycia i dezynfekcji endoskopów**

**Myjnia endoskopowa**

**Zamawiający nie może odnieść się do pytań, gdyż Wykonawca zadał pytania niezwiązane z pakietem 2 przetargu nr 5/2018**

**Pytanie 1 - do punktu 4**

Czy Zamawiający dopuści myjnię z możliwością stosowania gotowego roztworu środka dezynfekcyjnego.

*Handwritten signature*

Chcemy przypomnieć, nasza myjnia była u Państwa w placówce na testach przez 3 tygodnie i uzyskała pozytywne opinie.

**Pytanie 2 - do punktu 13**

Czy zamawiający dopuści myjnię z automatycznym testerem szczelności ale bez wyświetlacza?

**Pytanie 3 - do punktu 14**

Czy zamawiający dopuści myjnię z prostą mniej awaryjną klawiaturą?

**Pytanie 4 - do punktu 18**

Czy zamawiający dopuści myjnię bez zbiornika na koncentrat płynu dezynfekcyjnego?

**Pytanie 5 - do punktu 20**

Czy zamawiający dopuści myjnię ze zbiornikiem na koncentrat 1,2 ml.

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie

*Mariusz Topolewski*