

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
Im. Macieja z Miechowa  
86 – 320 Łasin  
ul. Radzyńska 4

**Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
86-320 ŁASIN**

Łasin, dnia 06.12.2019 r.

tel./fax. (0-56) 466 42 51

## WSZYSCY WYKONAWCY

**Dotyczy: zapytania ofertowego na: „Zakup i dostawa łóżek szpitalnych wraz z szafkami przyłóżkowymi do szpitala SP ZOZ Łasin”**

Nr sprawy: 28/2019

## WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ

W imieniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie udzielam wyjaśnień do treści zapytań, które wpłynęło dnia 05.12.2019 r.

***Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.***

### **Pytanie 1 do Zadania nr I: Łóżka szpitalne do SP ZOZ w Łasinie – 21 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu na zasadzie równoważności wysokiej jakości łóżko szpitalne z poniższymi funkcjami. Oferowane rozwiązania bardzo dobrze sprawdzają się w praktyce użytkowej gwarantując pełen komfort pacjentom oraz zapewniając personelowi medycznemu optymalne sterowanie i kierowanie łóżkiem szpitalnym:

Sterowanie elektryczne przy pomocy:

Zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych zarówno od strony wewnętrznej dla pacjenta jak i zewnętrznej dla personelu medycznego,

Sterowanie za pomocą panelu sterowniczego głównego dla personelu medycznego, montowanego na szczycie od strony nóg posiadającego piktogramy pozwalające na łatwą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku,

Pilota przewodowego dla pacjenta zawieszanego na poręczy bocznej z funkcjami: regulacja segmentu pleców i nóg, autokontur, regulacja wysokości.

Podwójne koła z centralnym systemem hamulcowym. Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie, dźwignie hamulców i jazdy z wszystkich 4 stron kół z kolorystycznym oznaczeniem funkcji.

Łóżko wyposażone w dzielone barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. Możliwość składania barierki przy użyciu jednej ręki.

2 częściowy wyjmowany wieszak infuzyjny ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości z 4 haczykami.

**Odp. Tak Zamawiający dopuszcza, nie wymaga**

**Pytanie 2 do Zadania nr II. Szafki przyłóżkowe – 12 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu na zasadzie równoważności wysokiej jakości szafki przyłóżkowe szpitalne z poniższymi funkcjami:

Szerokość całkowita: 460 mm

Długość całkowita: 470 mm

Wysokość całkowita: 810 mm

Blat i fronty szafki wykonane w płyty HPL, odporne na wilgoć, wodę, wysoką temperaturę, na ścieranie i zarysowania, wykonane z tworzywa wielowarstwowego

Szafka dwustronna, wyposażona w zintegrowany z blatem uchwyt do prowadzenia

Dolna szuflada dostępna z obu stron, wewnątrz wyjmowana głęboka taca z 3 przegrodami, między szufladami półka

Cztery podwójne koła jezdne o średnicy 50 mm., możliwość blokowania

Korpus szafki wykonany ze stali z profilami aluminiowymi.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga**

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie  
*Mariusz Topolewski*