

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Im. Macieja z Miechowa
86 – 320 Łasin
ul. Radzyńska 4

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
86-320 ŁASIN

Łasin, dnia 25.06.2021 r.

tel./fax. (0-56) 466 42 51

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, na: „**Materace przeciwodleżynowe – zakup i dostawa do Szpitala SP ZOZ Łasin**”

Nr sprawy: 9/2021

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

W imieniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie udzielam wyjaśnień do treści zapytań, które wpłynęło dnia 24.06.2021 r.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy, z pompą ze sterowaniem mikroprocesorowym:
zbudowany z 20 odpinanych pojedynczo wymiennych komór rurowych poprzecznych wykonanych z nylonu i poliuretanu, komory napełniające się powietrzem i opróżniane na przemian (co druga) w stałym cyklu, materac układany bezpośrednio na ramie łóżka i posiadający system mocowania, materac wyposażony w uchwyty do mocowania na łóżku. Materac wyposażony w odpinany pokrowiec z okapnikiem, oddychający, przepuszczający parę wodną i powietrze, a nie przepuszczający cieczy (wodoodporny), z tkaniny rozciągliwej we wszystkich 4 kierunkach, zbudowany z 20 odpinanych pojedynczo wymiennych komór, czas cyklu 12 min, CPR, wyposażony w uchwyty do mocowania na łóżku, wymiary materaca: długość 200 cm, szerokość 80 cm, wysokość 20 cm, system przeznaczony dla pacjentów o wadze do 200 kg, waga materaca 4,75 kg., waga pompy 2,4 kg. Pompa do materaca wyposażona w: zaczepy/uchwyty do zawieszania na ramie łóżka, kabel sieciowy zasilający, zasilanie 230V 50 HZ, tryb pracy - komory napełniające się powietrzem i opróżniane na przemian (co druga) w stałym cyklu 12 – minutowym, funkcję regulacji ciśnienia w materacu w zakresie od 20 do 32mmHg (tzw. niskiego ciśnienia), poziom głośności pracy pompy 45dB, podwójny wąż powietrza zakończony szybkozłączkami, filtr przeciwpylowy.

Odp. Tak, Zamawiający dopuści do zapytania ofertowego ww przedmiot

p.o. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie

Szymon Jagielski

HANNA IDCZAK

Specjalista Pielęgniarstwa Ratunkowego
p.o. Przełożonej Pielęgniarek
nr 3902592P