

Łasin, dnia 25.06.2021 r.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Im. Macieja z Miechowa
86 – 320 Łasin
ul. Radzyńska 4

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
86-320 ŁASIN

tel./fax. (0-56) 466 42 51

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, na: „**Materace przeciwodleżynowe – zakup i dostawa do Szpitala SP ZOZ Łasin**”

Nr sprawy: 9/2021

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

W imieniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie udzielam wyjaśnień do treści zapytań, które wpłynęło dnia 24.06.2021 r.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.



Materac pneumatyczny rurowy PROTECTOR III firmy Herdegen, charakteryzuje najbardziej zaawansowane rozwiązanie w zapobieganiu odleżynom. Wskazany jest dla osób ciągle leżących.

Komory podzielone są na dwie sekcje, które pompowane są naprzemiennie. W ten sposób pacjent nie jest narażony na dłuższy ciągły kontakt z podłożem, co minimalizuje ryzyko pojawienia się odleżyn.

Główne cechy:

- Maksymalna waga użytkownika 150 kg;
- Materac pneumatyczny, zmiennociśnieniowy o konstrukcji rurowej;
- Pokrowiec w zestawie;
- Posiada wyłogi pozwalające na zamontowanie go na zwykłym materacu łóżkowym;
- 17 komór (rur) w tym 6 z mikrowentylacją;
- Zapasowa komora w zestawie;
- Wydajna pompa 8 L/min;
- Poziom hałasu poniżej 35 dBA;
- Haki ułatwiające zawieszenie pompy na łóżku;
- Wymienny filtr antybakteryjny w pompie;
- Wskaźnik wizualny prawidłowego ciśnienia;
- Alarm wizualny w przypadku spadku ciśnienia;
- Łącznik pozwalający na wypięcie jednej z rur;
- Komory wypełniane są powietrzem w cyklach co 10 – 12 minut;
- Posiada zawór CPR;
- Funkcja transportowa (zabezpieczenie przed utratą powietrza);
- Łatwy w utrzymaniu w czystości (materac nieprzemakalny, zmywalny);
- Ręczna regulacja ciśnienia w materacu (skala w kilogramach) pozwala na jego dostosowanie do wagi użytkownika;
- Kolor materaca granatowy;
- 2 lata gwarancji;
- Produkt medyczny, atestowany.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie pompy	230V 50HZ
Ilość powietrza pompowanego przez pompę	8 L/min
Regulacja ciśnienia	40-100 mm Hg
Cykl pracy pompy	co 10-12 min
Pobór prądu przez pompę	7W
Bezpieczniki	1A
Wymiary całkowite pompy	dł. 29 x szer. 15 x wys. 9 cm
Waga pompy	1,4 kg
Waga materaca	4,7 kg
Wymiary całkowite materaca	dł. 190 x szer. 85 x wys. 11 cm
Dopuszczalne obciążenie materaca	150kg
Ilość komór materaca	17 komór, w tym 6 z mikrowentylacją
Kolor materaca	granatowy
Materiał podstawowy materaca	Pokrycie - Nylon/PU, komory - Nylon/PVC

Odp. Tak, Zamawiający dopuści do zapytania ofertowego ww przedmiot

p.o. **DYREKTOR**
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie

Szymon Jagielski

HANNA IDCZAK

Specjalista Pielęgniarstwa Ratunkowego
p.o. Przełożonej Pielęgniarek
nr 3902592P