



SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
im. Macieja z Miechowa w Łasinie  
86-320 Łasin, ul. Radzyńska 4

Łasin, dnia 07.03.2023 r.

## DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

**Dotyczy:** postępowania nr 5/ZP/2023 „*Myjnia do mycia i dezynfekcji termicznej narzędzi - zakup i dostawa do Szpitala SPZOZ Łasin*”

### Wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego

#### **Dotyczy zapisów SWZ:**

1. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży, wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby oraz usługi są zgodne z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**Odp.** Ad 1. Zamawiający wymaga aby oferent posiadał certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2015

#### **Dotyczy Umowy: Zał. nr 3 do Zapytania Ofertowego z dnia 01.03.2023 r. Nr sprawy: 5/ZP/2023**

1. Prosimy o potwierdzenie, że nr sprawy podany w preambule niniejszej umowy jest omyłką pisarską. Wskazano nr sprawy 4/ZP/2023, a projekt umowy tyczy się sprawy 5/ZP/2023.

**Odp.** Ad 1. Tak, zamawiający popełnił omyłkę pisarską

2. §1 ust. 3 i §2 ust. 1 prosimy o wydłużenie terminu realizacji umowy do 12 tygodni od dnia podpisania umowy. Urządzenia medyczne są zamawiane u producenta według konkretnej specyfikacji i nie są dostępne od ręki. Czas produkcji oraz transportu i ewentualnej odprawy celnej wydłuża czas realizacji dostawy.

**Odp.** Ad 2. Zamawiający pozostaje przy aktualnym terminie realizacji umowy.

### **3. Zamawiający akceptuje poniższe prośby i wprowadza zaktualizowany wzór umowy.**

§2 ust. 2 prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przygotuje miejsce montażu zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Wykonawcy

**Odp.** Zamawiający przygotuje miejsce montażu zgodnie z wytycznymi Wykonawcy

§2 ust. 3 prosimy o podanie w umowie adresu e-mail, numeru telefonu oraz nazwiska osoby kontaktowej. Brak kompletnych danych kontaktowych wydłuża czas realizacji i może skutkować, że informacja nie dotrze do osoby odpowiedzialnej za realizację ze strony Szpitala.

**Odp.** Aktualizacja wzoru umowy

§3 ust. 1 Prosimy o wskazanie w umowie dokładnego miejsca dostawy i instalacji urządzenia w Szpitalu. Brak przekazania dokładnych danych niepotrzebnie wydłuża czas realizacja umowy.

**Odp.** Aktualizacja wzoru umowy

§5 ust. 4 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przez sformułowanie „przystąpienie do usuwania wad” ma na myśli przyjęcie zgłoszenia i rozpoczęcie czynności diagnostycznych.

**Odp.** Zamawiający potwierdza

§5 ust. 4 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pisząc „dni” ma na myśl „dni robocze”.

**Odp.** Dni kalendarzowe - aktualizacja wzoru umowy

### **4. Zamawiający nie akceptuje poniższych próśb**

§5 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy z 7 dni roboczych do 10 dni roboczych od zgłoszenia wady? Każda naprawa jest indywidualną realizacją od momentu zgłoszenia przez diagnostykę, dobór podzespołów do wymiany, zamówienie części, naprawę, testy po naprawie, oddanie do użytkowania. Dłuższy czas realizacji pozwala na bardziej precyzyjne podejście sytuacji.

§5 ust. 5 Prosimy o dopisanie „Zgłoszenie wady uznaje się za skuteczne po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia od Wykonawcy”.

§5 ust. 8 Prosimy o dodanie, iż w takim wypadku ewentualne naprawy będą zlecane osobie trzeciej posiadającej autoryzację producenta. Serwis przedmiotu zamówienia musi być realizowany przez podmiot upoważniony przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności, zgodnie z art. 90 Ustawy o wyrobach medycznych.

§5 ust. 10 Prosimy o dopisanie: „jeśli zgłoszona wada nie jest wynikiem nieprawidłowej eksploatacji urządzenia”.

§5 ust. 11 Prosimy o dopisanie: „Z zastrzeżeniem, że zgłoszona wada nie jest wynikiem nieprawidłowej eksploatacji urządzenia”.

§5 ust. 13 Prosimy o wykreślenie zapisu. Zgodnie z art. 568 § 1 k.c. sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, co oznacza, że rękojmia trwa co do zasady dwa lata. Gwarancja ustalana jest umownie. Wykonawca zwraca uwagę, że brak dokonania zmiany ww. postanowień umownych spowoduje wzrost cen w ofertach składanych przez wykonawców, którzy swoje ryzyko będą musieli przenieść na zamawiającego.

§7 ust. 1 pkt. a Prosimy o dopisanie: „w stosunku do ostatecznego terminu realizacji przewidzianego w umowie”.

#### **5. Zamawiający zmienia zapisy we wzorze umowy**

§5 ust. 9 Prosimy o wykreślenie zapisu: „z zastrzeżeniem, iż co do wadliwej części, termin gwarancji biegnie od nowa od chwili naprawy rzeczy.” Bieg terminu gwarancji od początku po ewentualnej wymianie wadliwego elementu jest bezzasadny. Wydłużenie czasu gwarancji o czas usunięcia ewentualnej wady jest adekwatnym rozwiązaniem w wypadku wymiany danej części.

**Odp.** Zamawiający wprowadza nowy zapis §5 ust. 9 - aktualizacja wzoru umowy

§6 ust. 1 pkt. a Wnosimy o dokonanie zmian wysokości kar umownych, tj. zamiast 0,5% na 0,1%. Obecne kary umowne są wysokie i niewspółmiernie do przedmiotu umowy wygórowane.

**Odp.** Zamawiający zmienia §6 ust. 1 pkt. a z 0,5% na 0,3%

§6 ust. 1 pkt. b Wnosimy o dokonanie zmian wysokości kar umownych, tj. zamiast 0,5% na 0,1%. Obecne kary umowne są wysokie i niewspółmiernie do przedmiotu umowy wygórowane.

**Odp.** Zamawiający zmienia §6 ust. 1 pkt. b z 0,5% na 0,3%

§6 ust. 1 pkt. c) Wnosimy o dodanie ustępu o następującej treści „Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, to Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 20% wynagrodzenia brutto”. Obecne zapisy chronią jedynie Zamawiającego, nie dają Wykonawcy możliwości dochodzenia odszkodowania za poniesione straty.

**Odp.** Zamawiający zmienia §6 ust. 1 pkt. c – Aktualizacja wzoru umowy

§7 ust. 1 pkt. a Prosimy o wydłużenie wskazanego terminu z „7dni” do „14 dni”.

**Odp.** Zamawiający wydłuża wskazany zapis terminu na 14 dni kalendarzowych

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie  
*Szymon Jagielski*

#### **Sporządziła**

Dorota Steinke  
Starszy specjalista  
ds. zamówień publiczne

