



SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
im. Macieja z Miechowa w Łasinie
86-320 Łasin, ul. Radzyńska 4

Łasin, dnia 06.03.2023 r.

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania nr 5/ZP/2023 „*Myjnia do mycia i dezynfekcji termicznej narzędzi - zakup i dostawa do Szpitala SPZOZ Łasin*”

Wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego

1. Czy Zamawiający mając na uwadze zapisy UZP o uczciwej konkurencji dopuści urządzenie o pojemności komory do 8 tac narzędziowych zgodnych ze standardem DIN 1/1 o pojemności komory 530x510x620mm tj 167,5 l?

Odp. Ad 1. Zamawiający określił tolerancję w wielkości komory zaproponowana znacznie odbiega od wymaganej, w związku z czym zamawiający utrzymuje zapisy SWZ

2. Czy Zamawiający mając na uwadze zapisy UZP o uczciwej konkurencji dopuści urządzenie o pojemności komory do 12 tac narzędziowych zgodnych ze standardem DIN 1/1 o pojemności komory 550x620x685mm tj 233 l?

Odp. Ad 2. Zamawiający wymaga myjni o wielkości komory 8 tac DIN 1/1

3. Czy Zamawiający mając na uwadze zapisy UZP o uczciwej konkurencji dopuści urządzenie o mocy 7kW przy zasilaniu 400V?

Odp. Ad 3. Zamawiający oczekuje wyższej mocy co wpływa na czas procesu i podtrzymuje zapisy SWZ

4. Czy Zamawiający mając na uwadze zapisy UZP o uczciwej konkurencji dopuści urządzenie niewymagające oświetlenia komory?

Odp. Ad 4. Zamawiający dopuszcza brak oświetlenia w komorze.

5. Czy Zamawiający mając na uwadze ekonomię rozwiązania dopuści urządzenie bez kondensatora pary, który jest elementem mającym znaczny wpływ na podwyższenie ceny? Praktyka pokazuje, że zasadność stosowania kondensatora pary w myjniach dezynfekcyjnych jest znikoma.

Odp. Ad 5. Zamawiający nie dopuszcza braku kondensatora oparów, jego brak obciąża system wentylacji w pomieszczeniu.

6. Czy Zamawiający mając na uwadze zapisy UZP o uczciwej konkurencji dopuści urządzenie posiadające inne niż wskazane w pkt.37 załącznika nr.2 rozwiązanie wykrywające ewentualne zapchanie systemu filtrującego?

Odp. Ad 6. Oferent nie określił jaki system proponuje w związku z czym zamawiający utrzymuje zapisy SWZ

7. Czy Zamawiający mając na uwadze zapisy UZP o uczciwej konkurencji dopuści urządzenie wyposażone w bezzbiornikowy system przygotowania wody do dezynfekcji termicznej?

Odp. Ad 7. Zamawiający nie dopuszcza braku zbiornika ponieważ jego brak wpłynie znacząco na czas procesu

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie

Szymon Jagielski

Sporządziła

Dorota Steinke
Starszy specjalista
ds. zamówień publiczne