



SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
im. Macieja z Miechowa w Łasinie
86-320 Łasin, ul. Radzyńska 4

Łasin, dnia 09.10.2023 r.

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania nr 18/ZP/2023 „*Sprzęt jednorazowego użytku – zakup i dostawa do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie*”

Wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego

Część 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,45x12mm?

Odp. Tak zamawiający dopuści.

Część 1, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści kaniule o parametrach:

Igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut

- Cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR), wyposażony w 6 pasków kontrastujących w RTG
- Kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka z możliwością przyszycia do skóry oraz w samodomykający się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru
- Uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką
- Filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia
- Komora wypływu zwrotnego zabezpieczona koreczkiem luer-lock
- Dostępna w różnych rozmiarach od 14 g do 24 g
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka – twardej blister (PVC + TYVEC) z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru?

ROZMIAR [G]	ROZMIAR [mm]	KOLOR
24 x 3/4"	0,7 x 19	żółty
22 x 1"	0,9 x 25	niebieski
20 x 1 1/4 "	1,1 x 32	różowy
18 x 1 3/4"	1,3 x 45	zielony
17 x 1 3/4"	1,5 x 45	biały
16 x 1 3/4"	1,7 x 45	szary

Odp. Tak zamawiający dopuści.

Część 1, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści koreczki innego producenta w pełni kompatybilne z kaniulami?

Odp. Tak Zamawiający dopuści.

Część 1, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści kraniki sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odp. Zamawiający nie dopuści.

Część 1, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze w op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?


Odp. Tak Zamawiający dopuści.

Część 1, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści pętle z siatką do suwania ciał obcych i polipów przy użyciu endoskopu

- Możliwość stosowania w oskrzelach, przewodzie pokarmowym i jelitach
- Wykonane z przezroczystej folii dla zapewnienia kontroli wzrokowej w endoskopie
- Łatwość i bezpieczeństwo obsługi
- Ergonomiczny kształt rekojęci
- Dobra widoczność w RTG
- Sterylne opakowanie jednorazowe

Średnica pętli 15mm, długość robocza 230mm, średnica cewnika 2,4mm?



Odp. Zamawiający nie dopuści.

Część 1, pozycja 33-36

Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą rozszerzoną o min.10%?

Odp. Tak Zamawiający dopuści.

Część 1, pozycja 33-36

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z białym kontrastującym tłokiem?

Odp. Tak Zamawiający dopuści

Część 1, pozycja 36

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak Zamawiający dopuści

Część 1, pozycja 37

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą skalą?

Odp. Zamawiający nie dopuści

Część 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny w formie „beretu”?

Odp. Tak Zamawiający dopuści

Część 2, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy w rozmiarze 71cm x 116cm?

Odp. Tak Zamawiający dopuści

Część 2, pozycja 52

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na obuwię długie włókninowe?

Odp. Tak Zamawiający dopuści

Część 2, pozycja 52

Czy Zamawiający dopuści wycenę za 1 op=100szt?

Odp. Zamawiający nie dopuści

Część 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik o długości 140cm?

Odp. Zamawiający nie dopuści

Część 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik o długości 200cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści

Część 2, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik o powierzchni standardowej (gładkiej), posiadający 4 otwory boczne i nieprzezroczysty konektor?

Odp. Tak Zamawiający dopuści

Część 2, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik posiadający 4 otwory boczne i nieprzezroczysty konektor?

Odp. Tak Zamawiający dopuści

Część 2, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści miskę nerkową w rozmiarze 245x115x50?

Odp. Tak Zamawiający dopuści

Część 2, pozycja 16, 19

Czy Zamawiający oczekuje zaofiarowania papieru oryginalnego, zapewniającego najlepszą jakość wydruku?

Odp. Tak Zamawiający dopuści

Część 2, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści papier 210x20mm – do Aspel Ascard Gold?

Odp. Zamawiający nie dopuści

Część 2, pozycja 37

Czy Zamawiający dopuści szkiełka zmatowione 76x26x1mm?

Odp. Zamawiający nie dopuści

Część 2, pozycja 43

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków za opakowanie a'90 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Tak Zamawiający dopuści

Część 2, pozycja 50

Czy Zamawiający oczekuje zaofiarowania testu mokrego czy suchego?

Odp. Zamawiający oczekuje testu na mokro.

Część 2, pozycja 60

Czy Zamawiający dopuści filtr Filtr oddechowy wirusowo- bakteriobójczy z wkładem hydrofobowym cechuje się niską opornością i wysoką efektywnością filtracji bakterii i wirusów >99,9999% chroniąc urządzenie przed ryzykiem kontaminacji.

Filtr jest przeznaczony do jednorazowego użytku w opiece anestetycznej i intensywnej opiece medycznej.

Połączenia ISO 22 i 15 zgodne z międzynarodowymi standardami zapewniają bezpieczeństwo i pewność stosowania (22mm f/ 15mm m-22 mm m/ 15mm f).

Port do kapnografii zamknięty jest zatyczką.

Waga: 28,5g.

Objętość płwowowa: 300-1500ml.

Przestrzeń martwa: 45ml.

Oporność: 0,5l/s=0,95hPa; 1,0l/s=2,4hPa; 1,5l/s=4,0hPa.

Obudowa przezroczysta.

Czas działania do 24 godzin?

Odp. Tak Zamawiający dopuści

Część 4, pozycja 1-8, 12

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne wchłanialne, syntetyczne, sterylne, wykonane z kwasu poliglikolowego, plecione, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania 60-90dni, podtrzymywanie tkankowe 70% po 2tyg., 50% po 3 tyg., 20% po 4 tyg.?

Odp. Zamawiający nie dopuści

Część 4, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści igłę o grubości 2/0?

Odp. Zamawiający nie dopuści

Część 4, pozycja 13-17, 19-21

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne pakowane a'10 saszetek z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Tak Zamawiający dopuści

Część 4, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 24mm?

Odp. Zamawiający nie dopuści

Część 4, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści igłę o grubości 4/0?

Odp. Zamawiający nie dopuści

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łańcuchu

Szymon Jagielski

Sporządziła

Dorota Steinke

Starszy specjalista

ds. zamówień publiczne

