



SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
im. Macieja z Miechowa w Łasinie
86-320 Łasin, ul. Radzyńska 4

Łasin, dnia 10.10.2023 r.

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania nr 18/ZP/2023 „*Sprzęt jednorazowego użytku – zakup i dostawa do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie*”

Wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego

Część nr 5. Anestezja, różne, pozycja nr 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru:

„Prowadnica do trudnej intubacji, jednorazowa, zagięta o długości 800 mm 15 FR CH 5,0 Produkt bez lateksu.”

Produktu o poniższym parametrze:

„Prowadnica do rurek intubacyjnych aluminiowa pokryta PVC. Pakowane pojedynczo folia-papier, sterylna. Rozmiary prowadnic:

CH06 o długości 300mm, dla rurek w rozmiarze 2,0 mm - 4,5 mm;

CH10 o długości 400mm, dla rurek w rozmiarze 5,0 mm - 6,5 mm;

CH12 o długości 440mm, dla rurek w rozmiarze 7,0 mm - 7,5 mm;

CH14 o długości 440mm, dla rurek w rozmiarze 8,0 mm - 10,0 mm

Na opakowaniu jednostkowym: nr serii, nr katalogowy, data ważności. Produkt bez lateksu.”

Odp. Zamawiający nie dopuści

Lub

Część nr 5. Anestezja, różne, pozycja nr 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru:

„Prowadnica do trudnej intubacji, jednorazowa, zagięta o długości 800 mm 15 FR CH 5,0 Produkt bez lateksu.”

Produktu o poniższym parametrze:

„Prowadnica Bougie z powierzchnią zewnętrzną o niskim współczynniku tarcia, aby poprawić ślizg rurki. Rozmiar CH15, długość 700mm, końcówka zakrzywiona. Prowadnica skalowana wolna od ftalanów, opakowanie sterylne. ”

Odp. Zamawiający dopuści

Część nr 5. Anestezja, różne, pozycja nr 12

Czy zamawiający wymaga, aby:

„Zamknięty system do kontrolowanej zbiórki stolca posiadał obustronną kieszonkę (dwie kieszonki) ułatwiające aplikację produktu.”

Odp. Zamawiający nie wymaga.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie

Szymon Jagielski

Sporządziła

Dorota Steinke
Starszy specjalista
ds. zamówień publiczne